



CRTI
Centre de Recherche en Technologies Industrielles

Pôle de Chéréga

Appareil de contrôle de défauts par ultrasons

**Marque: OLYMPUS
EPOCH600**



Partenaires visés

- Centres et laboratoires de recherche
- Secteur industriel

**Analyses / essais/
Mesures effectués**

- Contrôle des défauts par la technique ultrason
- Doté en réception d'un jeu de 8 filtres numériques pour une bande de passante totale atteignant les 25 MHz

Contact

dep.valorisation@crti.dz